



Controle van de pacemaker

Cardiologie

Bij u is enige tijd geleden een pacemaker ingebracht. Een pacemaker is een apparaatje dat uw hartslag en hartritme in de gaten houdt en elektrische impulsen geeft als dit nodig is. Op de functie afdeling Pacemakercontrole (onderdeel van polikliniek Cardiologie) wordt regelmatig onderzocht of uw pacemaker zijn werk goed doet. Tijdens een controle wordt de pacemaker uitvoerig doorgemeten en indien nodig bijgesteld.

Regelmatige controles

Voor de controle op uw pacemaker wordt u regelmatig gevraagd terug te komen.

- De eerste poliklinische pacemakercontrole is 4 tot 6 weken na implantatie.
- De tweede poliklinische pacemakercontrole is 3 maanden na de laatste pacemakercontrole.
- De derde poliklinische pacemakercontrole is 6 maanden na de laatste pacemakercontrole.
- De vierde poliklinische pacemakercontrole is 8 maanden na de laatste pacemakercontrole.

Hierna volgt geen afspraak meer tenzij u klachten hebt of de pacemakertehnicus anders beslist.

Hierna hebt u in principe een controleafspraak na 8 maanden bij een tweekamersysteem (DDDR) en 1 keer per jaar bij een éénkamersysteem (VVIR). Als u klachten hebt of als de pacemakertehnicus anders beslist wordt met u een andere afspraak gemaakt.

De dag van het onderzoek

Op de dag van de pacemakercontrole meldt u u op de polikliniek Pacemaker op de polikliniek Cardiologie (route 56 op de begane grond).

De pacemakercontrole

Op de polikliniek Pacemaker geeft u uw ponsplaatje en afspraakkaartje aan de pacemakertehnicus. Daarna neemt u plaats op een onderzoekstafel. U mag uw kleding aanhouden.

Met behulp van een elektrocardiogram (E.C.G.) wordt uw hartslag gemeten. Op de borst, op de plek waar uw pacemaker is geïmplanteerd, wordt een apparaatje (programmeerkop) geplaatst waarin een zendertje zit dat contact maakt met deze pacemaker. Dit zendertje is in staat om verbinding met een computer(programmer) te maken. Op een beeldscherm kan de pacemakertehnicus, die bij u het onderzoek uitvoert, de activiteit van uw pacemaker aflezen. Er worden enkele tests verricht om de functie van de pacemaker te controleren.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u direct van de pacemakertehnicus. Deze maakt ook een kort verslag in uw patiëntendossier. De cardioloog heeft beschikking over deze informatie, mocht u daar nog een afspraak hebben.

Als het nodig is dat uw pacemaker moet worden bijgesteld, wordt dit gelijk gedaan.



Mocht de pacemakertechnicus vaststellen dat uw pacemaker niet goed (meer) functioneert, dan neemt hij contact op met uw cardioloog. Uw cardioloog bepaalt dan uw verdere behandeling.

Na de controle

Na de controle worden de ECG elektroden en het zendertje (programmeerkop) verwijderd. Er wordt een nieuwe afspraak voor een volgend bezoek aan de polikliniek Pacemaker gemaakt.

Tijdsduur

Controle van uw pacemaker is afhankelijk van het type pacemaker dat u hebt.

Een enkelkamersysteem (VVI/AAI) of implanteerbare looprecorder (Reveal®) neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Een controle van een tweekamersysteem (DDD) kost ongeveer 40 minuten.

De pacemaker technicus weet wat voor pacemaker u hebt en dus of uw afspraak 20 of 40 minuten gaat duren.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, wordt u verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met polikliniek Pacemaker, via polikliniek Cardiologie, tijdens kantooruren op telefoonnummer (013) 539 80 33.

Tot slot

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kunt u deze stellen aan uw pacemakertechnicus. U kunt ook altijd contact opnemen met één van de hiernaast vermelde telefoonnummers.

Wilt u meer informatie, dan kunt u de brochure 'Pacemaker' van de Hartstichting opvragen via telefoonnummer (070) 315 55 55 of via de website www.hartstichting.nl

De inhoud van de brochure van de Hartstichting kan afwijken van deze folder, omdat deze folder gebaseerd is op de procedure in het St. Elisabeth Ziekenhuis.

Belangrijke telefoonnummers

**St. Elisabeth Ziekenhuis
(algemeen):**

(013) 539 13 13

**Route 56
Polikliniek Cardiologie
pacemakercontrole via
afsprakenbureau:**

(013) 539 80 33

**Bij problemen met uw pacemaker kunt u contact opnemen met polikliniek
Cardiologie op telefoonnummer (013) 539 80 33.**

Cardiologie, 2.562 03-10

Copyright© websiteversie PSB MdW/AM St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.